

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李忠 职称: 工程师 工作单位: 安徽医学院附属第一医院	
项目信息	项目名称: 总蛋白测定干片、氯离子测定干片采购项目论证 供应商名称: 安徽海宏达医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	该医院现有奥森多全自动生化免疫分析仪，型号 Vitros 5600，现清单的项目使用于试剂盒总蛋白测定干片、氯离子测定干片，由于设备试剂为封闭、非开放，属耗机专用，故建议用干片一单源方式从唯一授权商安徽海宏达医疗器械有限公司采购总蛋白测定干片和氯离子测定干片。	
专业人员 签    字	李忠	日期:
备注: 论证依据或意见, 可参考下列条款: 1、《中华人民共和国政府采购法》第三十一条: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以依照本法采用单一来源方式采购: (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 2、《安徽省卫生计生委政府采购管理暂行办法》第二十五条 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (一)使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购的; (二)发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。 3、《皖南医学院弋矶山医院采购管理办法》《皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)政府采购管理办法》		

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 叶春山 职称: 研究员 工作单位: 安徽省医学科学院	
项目信息	项目名称: 总蛋白测定干片、氯离子测定干片采购项目论证 供应商名称: 安徽海宏达医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>丽珠集团奥林巴斯全自动免疫分析仪，现 因生化科的总蛋白测定干片和氯离子测定干片 试剂，由于该试剂为封闭型，非开放，属进口产 品，建议采用单一来源采购方式，从唯 一供应商安徽海宏达医疗器械有限公司 处采购总蛋白测定干片和氯离子测定干片。</p>	
专业人员 签 字		日期:
备注: 论证依据或意见, 可参考下列条款: 1、《中华人民共和国政府采购法》第三十一条: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以依照本法采用单一来源方式采购: (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 2、《安徽省卫生计生委政府采购管理暂行办法》第二十五条 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (一) 使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购的; (二)发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。 3、《皖南医学院弋矶山医院采购管理办法》《皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)政府采购管理办法》		

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张进玲	
	职称:	副高	
	工作单位:	安徽中医药大学第二附属医院	
项目信息	项目名称:	总蛋白测定干片、氯离子测定干片采购项目论证	
	供应商名称:	安徽海宏达医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>多层吸水膜复合纸条免被污染 的采血纸会将总蛋白测定量降低 约10%。干电极法由于该试剂为 封闭型，此种情况下机读用该试剂。 建议改用单一来源采购方式，从唯 一授权经销商“安徽海宏达医疗器 械有限公司”处采购该试剂。</p>		
专业人员 签 字	张进玲	日期:	20
<b>备注:</b> 论证依据或意见, 可参考下列条款: 1、《中华人民共和国政府采购法》第三十一条: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以依照本法采用单一来源方式采购: (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 2、《安徽省卫生计生委政府采购管理暂行办法》第二十五条 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (一)使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购的; (二)发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。 3、《皖南医学院弋矶山医院采购管理办法》《皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)政府采购管理办法》			

专家论证签到表

项目名称：皖南医学院第一附属医院总蛋白测定干片、氯离子测定干片采购项目论证

姓名	单位部门	职务或职称	专业	手机号码
齐忠	安徽医科大学教授	刘宁	医学	13866767676
叶林山	安徽医科大学附属医院 检验科主任	研究所、 硕士	检验	13605513559
徐进玲	安徽医科大学附属医院 检验科	魏菊	护理	13856071599

年 月 日